

錦鯉特定疾病等検査結果報告書 LABORATORY RESULTS REPORT

1. 生産地 (Place of harvest)

生産者 (Producer) : 松田 松夫 (MR. MATSUO MATSUDA)
 養殖場名 (Farm, name) : 松田養鯉場 横枕ハウス (MATSUDA KOI FARM, YOKOMAKURA HOUSE)
 所在地 : 〒 940 - 1117 新潟県 長岡市 横枕町 245-1
 (Farm, address : 245-1, Yokomakuramachi, Nagaoka-shi, Niigata, 940-1117, Japan)

2. 検体 (Sample)

魚種名 (Common name / Scientific name) : ニシキゴイ (Koi Carp / *Cyprinus carpio koi*)

3. 検査方法と結果 (Methods and results of test)

(1) コイヘルペスウイルス病 (Koi herpesvirus disease, KHVD)

結果 (Results) : 陰性 (NEGATIVE) (Method: PCR assay)

(2) コイ春ウイルス血症 (Spring viremia of carp, SVC)

結果 (Results) : 陰性 (NEGATIVE) (Method: Virus isolation in cell culture)

(3) 伝染性造血器壊死症 (Infectious haematopoietic necrosis, IHN)

結果 (Results) : 陰性 (NEGATIVE) (Method: Virus isolation in cell culture)

(4) ウィルス性出血性敗血症 (Viral haemorrhagic septicaemia, VHS)

結果 (Results) : 陰性 (NEGATIVE) (Method: Virus isolation in cell culture)

(5) 流行性造血器壊死症 (Epizootic haematopoietic necrosis, EHN)

結果 (Results) : 陰性 (NEGATIVE) (Method: Virus isolation in cell culture)

(6) 伝染性胰臓壊死症 (Infectious pancreatic necrosis, IPN)

結果 (Results) : 陰性 (NEGATIVE) (Method: Virus isolation in cell culture)

(7) 流行性潰瘍症候群 (Epizootic ulcerative syndrome, EUS)

結果 (Results) : 陰性 (NEGATIVE) (Method: Observation of gross sign)

※検査期間 (Test period) : KHV: Jun 19, 2023 ~ Jun 22, 2023 · 判定日

SVC, IHN, VHS, EHN and IPN: Jun 14, 2023 ~ Jun 28, 2023 · 判定日

EUS: Jun 14, 2023 · 判定日

※検体採取日 (Date of sampling) : KHV: Jun 13, 2023

SVC, IHN, VHS, EHN, IPN and EUS: Jun 13, 2023

※検体採取時の水温 (Water temperature at time of sampling) : KHV : 18°C

SVC, IHN, VHS, EHN, IPN and EUS: 18 °C

※個体総数 (Total number of tested fish) : KHV: 30 尾 (30 fishes)

SVC, IHN, VHS, EHN, IPN and EUS: 30 尾 (30 fishes)

備考 (Note) : 検査方法は OIE "Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals -2021-" の記述に準ずる。 (Samples were tested corresponding to the methods described in OIE "Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals -2021-".)

署名者名・役職 (Name and Title of Certifier)

理学博士 三木 誠 : 検査員 (Dr. Makoto Miki : Inspector)

長部 斎 : 代表取締役 (Mr. Hitoshi Osabe : Director)

日付 (Date) : 2023 年 6 月 28 日 (Jun 28, 2023)

署名 (Signature)

Makoto miki
Hitoshi Osabe



新潟県輸出錦鯉検査機関認定要領検査機関

(株)県都食品環境分析センター

〒 950-0022 新潟県新潟市東区幸栄 1 丁目 7-12

Kento Food and Environment Analysis Center Co., Ltd

1-7-12, Koei, Higashi-ku, Niigata-shi, Niigata, 950-0022, Japan

E-mail; kento8890@ab.auone-net.jp, TEL; +81-25-270-8890, FAX; +81-25-270-8132

**結果証明書
CERTIFICATION RESULTS**

(1) コイヘルペスウイルス (Koi Herpesvirus; KHV)

- ・検査魚の鰓から抽出したゲノム DNA を鋳型として PCR を行ったところ、コイヘルペスウイルス特異的增幅産物は検出されなかった。
- ・(・ KHV specific amplicon was not detected by PCR test using genomic DNA extracted from gills of samples as template.)



電気泳動像 (Gel electrophoresis of PCR products)

※ ウェル左から 100 bp マーカー、陰性対照、サンプル 1 ~ 6、陽性対照、100 bp マーカー (From left well, 100 bp ladder marker, negative control, sample No. 1 ~ 6, positive control and 100 bp ladder marker)

※ 1 検体は 1 ~ 5 尾からなる。 (Each sample consists of 1 - 5 fishes)

(2) 細胞培養によるウイルス検査 (Virus isolation in cell culture)

- ・ニシキゴイ組織磨碎液を接種した EPC 細胞において、細胞変性効果 (CPE) は観察されなかった。
- ・(・ Cytopathic effect (CPE) was not observed in EPC cells inoculated with homogenate of koi carp tissues.)

ウイルス分離 (Virus isolation in EPC cell culture)

Plate number: 23- 0089

	Sample 1	Sample 2	Sample 3	Sample 4	Sample 5	Sample 6
A	CPE-	CPE-	CPE-	CPE-	CPE-	CPE-
B	CPE-	CPE-	CPE-	CPE-	CPE-	CPE-
C	CPE-	CPE-	CPE-	CPE-	CPE-	CPE-

判定 隆起性 隆起性 隆起性 隆起性 隆起性 隆起性
(Negative) (Negative) (Negative) (Negative) (Negative) (Negative)

接種サンプル濃度 (the final dilution of the homogenate samples)

A: 1/100 B: 1/1000 C: control
D: 1/1000 E: 1/10000 F: control

※ 5 尾を 1 検体とした。 (Each sample consists of 5 fishes.)

※ RT-PCR 法は細胞培養によるウイルス検査において陽性を示した検体についてのみ行われる。 (RT-PCR is performed only on positive sample of virus isolation test.)

盲継代 (Blind pass)

Plate number: 23- 0089-B

	Sample 1	Sample 2	Sample 3	Sample 4	Sample 5	Sample 6
D	CPE-	CPE-	CPE-	CPE-	CPE-	CPE-
E	CPE-	CPE-	CPE-	CPE-	CPE-	CPE-
F	CPE-	CPE-	CPE-	CPE-	CPE-	CPE-

判定 隆起性 隆起性 隆起性 隆起性 隆起性 隆起性
(Negative) (Negative) (Negative) (Negative) (Negative) (Negative)

* CTE: コイ由来成分による細胞への影響 (cytotoxic effect)

CPE-: ウィルス陰性 (no cytopathic effect developed)

CPE+: ウィルス陽性 (cytopahic effect developed)